

Prot. N. **89055** /13 L'Aquila, li 11/09/2013

ALLE SPETTABILI DITTE INVITATE ALLA PROCEDURA DI CUI IN OGGETTO (Nota trasmessa via e-mail e pubblicata sul sito web della Asl 1 - sezione Avvisi Pubblici -)

OGGETTO: Acquisizione di Apparecchiature Radiologiche ad Alta Tecnologia e connesse attività di installazione, allestimento locali e manutenzione full-risk tubi esclusi - Procedura Negoziata ai sensi dell'art.57 comma 6 D.Lgs. 163/2006 distinta in Due Lotti - Lotto n°1: due T.A.C. da 16 Strati, una per il P.O. di Avezzano ed una per il P.O. di Castel Di Sangro, importo massimo stimato € 850.000 oltre iva - Lotto n°2: un Angiografo per il P.O. di L'Aquila, importo massimo stimato € 950.000 oltre iva - La formula, per ogni lotto, dovrà essere in noleggio quinquennale con riscatto finale - Deliberazione di indizione n.580/13.

Numero gara Avcp: 5179794 Lotto1 CIG 53006613D5 Lotto2 CIG 5300675F5F

CHIARIMENTI RIGUARDANTI IL LOTTO N.1

La presente, non avendo carattere integrativo alla lettera d'invito, non assume rilievo se, o meno, firmata per accettazione ed inserita nel plico della documentazione amministrativa in offerta.

Tuttavia, avendo ricevuto specifica richiesta da parte di alcuni soggetti interessati a partecipare si comunica risposta al quesito.

DOMANDA: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, relativamente al lotto 1, si chiede se le caratteristiche di seguito elencate siano requisiti minimi a pena esclusione:

- Possibilità eventuale di ricostruzione diretta dei dati grezzi secondo piani tridimensionali liberamente definibili;
- Possibilità eventuale di ricostruzione diretta in 3D dei dati grezzi;
- Possibilità di utilizzare l'algoritmo iterativo di riduzione della dose;
- Software per lo studio del nodulo polmonare completo di CAD;
- Software di navigazione dedicato allo stadio del colon alla colonscopia virtuale che comprenda le funzionalità CAD completo di modulo per eseguire sottrazione elettronica delle feci marcate;
- Software di fusione immagini almeno TC e RM e altri da specificare.

RISPOSTA: Le caratteristiche di cui alla domanda non sono requisiti minimi a pena esclusione, come si evince dalle specifiche tecniche Allegato A1) della lettera di invito prot. n.0084495/13 del 29/08/2013.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Alessandro Tammaro)

