

Prot. N.0095298/13

L'Aquila, li 24/09/2013

ALLE SPETTABILI DITTE INVITATE ALLA PROCEDURA DI CUI IN OGGETTO (Nota trasmessa via e-mail con allegato *) e pubblicata sul sito web della Asl 1 - sezione Avvisi Pubblici -)

OGGETTO: Acquisizione di Apparecchiature Radiologiche ad Alta Tecnologia e connesse attività di installazione, allestimento locali e manutenzione full-risk tubi esclusi - Procedura Negoziata ai sensi dell'art.57 comma 6 D.Lgs. 163/2006 distinta in Due Lotti - Lotto n°1: due T.A.C. da 16 Strati, una per il P.O. di Avezzano ed una per il P.O. di Castel Di Sangro, importo massimo stimato € 850.000 oltre iva - Lotto n°2: un Angiografo per il P.O. di L'Aquila, importo massimo stimato € 950.000 oltre iva - La formula, per ogni lotto, dovrà essere in noleggio quinquennale con riscatto finale - Deliberazione di indizione n.580/13.

Numero gara Avcp: 5179794 Lotto1 CIG 53006613D5 Lotto2 CIG 5300675F5F

ALTRI CHIARIMENTI A SEGUITO DEI SOPRALLUOGHI E PLANIMETRIA PER LOTTO 2°

SCADENZA RICEZIONE OFFERTE GIA' PROROGATA A VENERDI 11/10/2013 ORE 14

**Termine per richiesta di chiarimenti ed effettuazione sopralluoghi già prorogato
a Martedì 1° Ottobre 2013**

Sono state ricevute, da parte di soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto, richieste di informazioni già fornite a tutti dai referenti Asl in sede di sopralluogo. Tuttavia, per maggiore chiarezza, si ribadiscono le seguenti notizie:

1. LOTTO n.2 - sito del P.O. di L'Aquila:

a. Qualora l'UPS esistente non dovesse essere idoneo per la nuova apparecchiatura Angiografica, il locale ove prevedere in fase progettuale l'installazione del nuovo UPS è quello mostrato durante il sopralluogo ossia il locale che ospita l'UPS esistente.

b. I solai hanno portata di 400kg/mq.

Avendo ricevuto specifica richiesta da parte di alcuni soggetti interessati a partecipare si inoltra, allegata (*) con la presente trasmessa via email, la planimetria "Sala Emodinamica" in formato dwg e pdf così come fornita dall'Ufficio Tecnico Asl. Si precisa che tali files allegati non costituiscono documentazione integrativa della documentazione di gara né sostitutiva dell'accertamento di tutti i dettagli riscontrabili nei siti di installazione, ma sono forniti per il solo scopo di agevolare la compilazione dell'offerta.

2. In riferimento ad eventuali subappalti, consorzi o raggruppamenti temporanei ed avvalimenti la normativa di riferimento di cui al Codice degli Appalti ed al Regolamento attuativo definiscono esattamente le modalità di partecipazione.

La presente deve essere firmata per accettazione ed inserita nel plico della documentazione amministrativa, in considerazione comunque del fatto che le informazioni contenute nella presente hanno caratteristica peculiare di chiarimenti forniti in risposta ad istanze pervenute e non comportano modifiche alle caratteristiche tecniche di gara né alle modalità di valutazione delle offerte.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Alessandro Tammaro)

