

Prot. N.0097422/13

L'Aquila, li 27/09/2013

ALLE SPETTABILI DITTE INVITATE ALLA PROCEDURA DI CUI IN OGGETTO (Nota trasmessa via e-mail e pubblicata sul sito web della Asl 1 - sezione Avvisi Pubblici -)

OGGETTO: Acquisizione di Apparecchiature Radiologiche ad Alta Tecnologia e connesse attività di installazione, allestimento locali e manutenzione full-risk tubi esclusi - Procedura Negoziata ai sensi dell'art.57 comma 6 D.Lgs. 163/2006 distinta in Due Lotti - Lotto n°1: due T.A.C. da 16 Strati, una per il P.O. di Avezzano ed una per il P.O. di Castel Di Sangro, importo massimo stimato € 850.000 oltre iva - Lotto n°2: un Angiografo per il P.O. di L'Aquila, importo massimo stimato € 950.000 oltre iva - La formula, per ogni lotto, dovrà essere in noleggio quinquennale con riscatto finale - Deliberazione di indizione n.580/13.

Numero gara Avcp: 5179794 Lotto1 CIG 53006613D5 Lotto2 CIG 5300675F5F

RISPOSTA AD ISTANZE DI CHIARIMENTO

SCADENZA RICEZIONE OFFERTE GIA' PROROGATA A VENERDI 11/10/2013 ORE 14

**Termine per richiesta di chiarimenti ed effettuazione sopralluoghi già prorogato
a Martedì 1° Ottobre 2013**

Avendo ricevuto richieste di chiarimento alla lettera di invito Prot. N. 0084495/13 del 29/08/2013 da parte di alcuni soggetti interessati a partecipare, si forniscono le seguenti informazioni:

1. In relazione all'allegato A2 pag.6 - **DOMANDA:** *E' indicata la richiesta di due iniettori, uno per iniezione coronarica e uno per ventricolografia. Si chiede di specificare se siano effettivamente necessari due iniettori ovvero se sia considerata equivalente l'offerta di un unico iniettore in grado di svolgere entrambe le funzionalità.* **RISPOSTA:** Sono necessari due iniettori come richiesto dalle specifiche tecniche in allegato A2, pag.6.
2. In relazione all'allegato A2 pag.4 - **DOMANDA:** *Si richiede di chiarire le dimensioni minime del monitor "grande schermo", offribile in alternativa, compreso il numero minimo di ingressi richiesti.* **RISPOSTA:** Le specifiche tecniche non definiscono un valore minimo per le dimensioni del monitor "grande schermo" il quale pertanto è da intendersi alternativo se consente ripartizioni qualitativamente equivalenti, o migliorative, rispetto ai quattro monitor per sala d'esame di cui alla precedente pag.3. Inoltre, si ribadisce che le specifiche tecniche richiedono almeno quattro ripartizioni per tale monitor "grande schermo" e non definiscono il numero minimo di ingressi.
3. In relazione all'allegato A2 si conferma che l'UPS attualmente in uso è stato installato per soddisfare il requisito di corrente impulsiva necessaria all'alimentazione dell'angiografo Multistar D Siemens, lasciando ad altra linea di alimentazione il carico per l'illuminazione ambientale.
4. In relazione all'allegato A2 si fa notare che la "Workstation per ricostruzioni 3d dei vasi e delle coronarie" è oggetto di valutazione sulla base delle informazioni che la ditta offerente avrà cura di descrivere e specificare, in accordo a quanto richiesto dalle specifiche tecniche a pag.5 e a pag.6.


1/2

5. In relazione all'allegato A1 si fa notare che l'autonomia dell'UPS deve essere descritta quale riscontro fornito dalla ditta offerente. In relazione all'allegato A2 si fa notare che l'autonomia dell'UPS deve essere di almeno 10 (dieci) minuti e comunque deve essere descritta quale riscontro fornito dalla ditta offerente.
6. Il contenuto del plico di partecipazione è descritto a pag.2 della lettera di invito.
7. Si ribadisce, per quanto già scritto negli allegati A1 e A2, che le caratteristiche dei prodotti offerti dovranno essere confrontabili alle specifiche tecniche a base di gara e potranno essere valutate tecnologie e requisiti alternativi e/o aggiuntivi purché influenti sulla qualità dell'apparecchiatura offerta e giudicate come migliorative in sede di valutazione tecnica. Eventuali caratteristiche equivalenti a quanto richiesto dalla Asl dovranno pertanto essere descritte e documentate quale riscontro fornito dalla ditta offerente.
8. In considerazione del fatto ineluttabile che le offerte devono essere conseguenti al sopralluogo ed all'accertamento di tutti i dettagli riscontrabili sul luogo, si ritiene non dover rispondere alle ulteriori e variegate richieste particolareggiate così come ricevute su apparecchiature esistenti, misure e distanze fisiche, caratteristiche di linee e quadri elettrici nonché di Cabine Elettriche BT, canalizzazioni di impianti di condizionamento ed eventuali altri impianti passanti sopra controsoffitti, etc. in quanto queste ed altre informazioni eventualmente necessarie possono essere rilevate nei siti di installazione; all'uopo è stato già precisato che è possibile realizzare anche un sopralluogo articolato in più visite di accertamento.

La presente e relativo allegato devono essere firmati per accettazione ed inseriti nel plico della documentazione amministrativa, in considerazione comunque del fatto che le informazioni comunicate hanno caratteristica peculiare di chiarimenti forniti in risposta ad istanze pervenute e non comportano modifiche alle caratteristiche tecniche di gara né alle modalità di valutazione delle offerte.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Alessandro Tammaro)

