

Prot. N. 99598 /13

L'Aquila, li 03/10/2013

ALLE SPETTABILI DITTE INVITATE ALLA PROCEDURA DI CUI IN OGGETTO

OGGETTO: CHIARIMENTI – ERRATA CORRIGE SPECIFICHE LOTTO N.2 (Angiografo).

Acquisizione di Apparecchiature Radiologiche ad Alta Tecnologia e connesse attività di installazione, allestimento locali e manutenzione full-risk tubi esclusi - Procedura Negoziata ai sensi dell'art.57 comma 6 D.Lgs. 163/2006 distinta in Due Lotti – Lotto n°1: due T.A.C. da 16 Strati, una per il P.O. di Avezzano ed una per il P.O. di Castel Di Sangro, importo massimo stimato € 850.000 oltre iva - Lotto n°2: un Angiografo per il P.O. di L'Aquila, importo massimo stimato € 950.000 oltre iva – La formula, per ogni lotto, dovrà essere in noleggio quinquennale con riscatto finale - Deliberazione di indizione n.580/13.

Numero gara Avcp: 5179794 Lotto1 CIG 53006613D5 Lotto2 CIG 5300675F5F

SCADENZA RICEZIONE OFFERTE GIA' PROROGATA A VENERDI 11/10/2013 ORE 14

Avendo ricevuto in data odierna dalla competente u.o. sanitaria l'allegata nota a carattere di rettifica delle specifiche tecniche per il lotto n.2, si comunica quanto di seguito riportato:

Le specifiche tecniche in allegato A2 trasmesso con lettera di invito Prot.n.0084495/13 del 29/08/2013 riferiscono, a pag.6, la necessità di avere:

- Iniettore automatico che permetta l'iniezione del mezzo di contrasto direttamente in arteria coronaria
- Iniettore di m.d.c. per ventricolografia

Tale indicazione, posta viepiù sotto il titolo "INIETTORI", ha indotto a ritenere necessari n.2 distinti iniettori nella fornitura dell'Angiografo e si rende doveroso rettificare l'allegato A2 precisando che l'offerta tecnica ed economica deve prevedere un solo iniettore in grado di svolgere entrambe le funzioni richieste.

Infine, se la ditta partecipante ha già inoltrato il plico di partecipazione nel caso di interesse avrà facoltà di integrare l'offerta facendo pervenire entro la data già prefissata di Venerdì 11/10/2013 ore 14 nuovo plico con le indicazioni della gara e con scritto "INTEGRAZIONE". Tale plico dovrà contenere una nuova busta B2 "Offerta Tecnica" ed una nuova busta C2 "Offerta Economica" che andranno a sostituire ed annullare le eventuali precedenti già spedite.

La presente deve essere firmata per accettazione ed inserita nel plico d'offerta ovvero di integrazione in considerazione delle informazioni sopra comunicate.


Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Alessandro Tammaro)



Il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica
(Ing. Fabrizio Andreassi)



Prot. n. 65389/13

L'Aquila, 3 ottobre 2013

Spett.le
Ingegneria Clinica

Il sottoscritto chiede di precisare alle Ditte interessate alla "gara Angiografo" di fornire l'offerta per un solo iniettore. Si precisa che qualsiasi iniettore ha entrambe le funzioni sia per coronarografie che per ventricolografie.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE MEDICO CARDIOLOGIA/UTIC
(Dott. Luca Antonini)

